

QC kód: 3294 Kör: 2014.II. Kiküldés dátuma: 2014.03.25 Beérkezés dátuma: 2014.04.04

213. Program: Limfocita immunfenotipizálás

	Módszer, Műszer,	Minta	Ered- mény	Cél- érték	Megfelel	Eltérés		
01. Fehérvérsejtszám (összes)	222BD103		21	3,79	4,44	3,56 - 5,32	-15	o
			22	2,79	3,4	2,72 - 4,08	-18	o
	(/nl) ⁹ /l)							
02. Limfociták az összes fehérvérsejtszám %-ában kifejezve	222BD103		21	42,8	40,9	32,7 - 49,1	5	o
			22	25,4	27,7	22,2 - 33,2	-8	o
	(%)							
03. T-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve	223BD103		21	64,2	63,3	50,6 - 76	1	o
			22	72,4	69,4	55,5 - 83,3	4	o
	(%)							
04. B-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve	223BD103		21	15,6	16	12,8 - 19,2	-2	o
			22	5,7	6,36	5,09 - 7,63	-10	o
	(%)							
05. NK-sejtek (CD3 negatív populáció) az összes limfocitaszám %-ában	223BD103		21	17,3	19	15,2 - 22,8	-9	o
			22	19,9	22	17,6 - 26,4	-10	o
	(%)							
06. CD4+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában	223BD103		21	43,1	43,9	35,1 - 52,7	-2	o
			22	54,7	52,7	42,2 - 63,2	4	o
	(%)							
07. Abszolút CD4+ limfocita szám (CD3+ populáció)	223BD103		21	0,69	0,81	0,65 - 0,97	-15	o
			22	0,41	0,51	0,41 - 0,61	-20	o
	(/nl) ⁻⁹ /l)							
08. CD8+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában	223BD103		21	14,7	17,6	14,1 - 21,1	-16	o
			22	12,8	15,4	12,3 - 18,5	-17	o
	(%)							
09. Kontrollminta minősége (1=elfogadható, 2=nem elfogadható)	99		21	2				
			22	2				