

QC kód: 3294

Kör: 2016.V.

Kiküldés dátuma: 2016.09.29

Beérkezés dátuma: 2016.11.08

213. Program: Limfocita immunfenotipizálás

	Módszer, Műszer,	Minta	Ered- mény	Cél- érték	Megfelel	Eltérés	
01. Fehérvérsejtszám (összes)	1BG12		51	8,26	8,23	6,75 - 9,71	0
			52	4,39	4,42	3,62 - 5,22	-1
	(/nl) ⁹ /l)						
02. Limfociták az összes fehérvérsejtszám %-ában kifejezve	1BG12		51	24,3	25,3	20,2 - 30,4	-4
			52	33,7	36	28,8 - 43,2	-6
	(%)						
03. T-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve	223BN04		51	64,1	66,8	53,4 - 80,2	-4
			52	64,7	68,4	54,7 - 82,1	-5
	(%)						
04. B-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve	223BN04		51	14,5	13,4	10,1 - 16,7	8
			52	19,3	17,4	13,1 - 21,7	11
	(%)						
05. NK-sejtek (CD3 negatív populáció) az összes limfocitaszám %-ában	223BN04		51	20,93	18,6	14,9 - 22,3	13
			52	14,9	13,1	10,5 - 15,7	14
	(%)						
06. CD4+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában	223BN04		51	47,6	50,6	40,5 - 60,7	-6
			52	48,3	52,8	42,2 - 63,4	-9
	(%)						
07. Abszolút CD4+ limfocita szám (CD3+ populáció)	223BN04		51	0,96	1,18	0,94 - 1,42	-19
			52	0,72	0,92	0,72 - 1,08	-22
	(/nl) ⁻⁹ /l)						
08. CD8+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában	224BN04		51	10,14	12,1	9,68 - 14,52	-16
			52	12,8	14,9	11,9 - 17,9	-14
	(%)						
09. Kontrollminta minősége (1=elfogadható, 2=nem elfogadható)	99BN04		51	1			
			52	1			