

QuaDeGa eredmény

Center ID: 1119

Password: PE7VTNQY

Ihr Wert	Sollwert				Abweichung %		Zielbereich				Rang	
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	A	B
Konzentration (M/ml)	41.5	7.3	39.2	5.9	6		24	12	66	2.8	13	1
Morphologie (% normal)	8	3	8	3	0		0	1	23	1	14	1
Motilität PR (%)	52	1	50	4	4		-7	5	68	0	11	1
Motilität NP (%)	11	13	14	10	-21		30	3	33	5	20	1
Motilität IM (%)	37	86	35	86	6		0	24	55	73	91	1

Zählkammer: Neubauer improved

Diluent: nicht zutreffend

Färbung: Diff Quik

Morphologiekriterium: WHO

Pipette für Konzentrationsbestimmung: Kolbenhubpipette

Legende

- Rang 1:** Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse beider Proben stimmen mit den Zielwerten überein.
- Rang 2:** Eines der beiden Probenergebnisse stimmt mit den Zielwerten überein.
- Rang 3:** Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes und in gleicher Richtung (Systematischer Fehler).
- Rang 4:** Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes aber in unterschiedlichen Richtungen.

