

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 35 1 - 2019 für Center 1119

Name des Testlaufs: **Lauf 35 1 - 2019**
 Startdatum: **09.03.2019**
 Enddatum: **11.04.2019**

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom **02.04.2019**.

	Ihr Wert		Sollwert		Abweichung %		Zielbereich				Rang
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Konzentration (M/ml)	23.7	9.3	28.5	10	-17	-7	10	57	2	16.9	1
Morphologie (% normal)	11	5	6	5	83	0	2	17	1	19	1
Motilität PR (%)	36	12	43	14	-16	-14	25	60	5	31	1
Motilität NP (%)	21	16	12	11	75	45	4	27	5	24	1
Motilität IM (%)	43	72	45	74	-4	-3	25	59	52	85	1

Zählkammer: Neubauer improved
 Diluent: nicht zutreffend
 Färbung: Diff Quik
 Morphologiekriterium: WHO
 Pipette für Konzentrationsbestimmung: Positive Displacement-Pipette

Legende

Rang 1: Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse beider Proben stimmen mit den Zielwerten überein.

Rang 2: Eines der beiden Probenergebnisse stimmt mit den Zielwerten überein.

Rang 3: Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes und in gleicher Richtung (Systematischer Fehler).

Rang 4: Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes aber in unterschiedlichen Richtungen.

