

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 36 2 - 2019 für Center 1119

Name des Testlaufs: **Lauf 36 2 - 2019**

Startdatum: **07.10.2019**

Enddatum: **07.11.2019**

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom **06.11.2019**.

	Ihr Wert		Sollwert		Abwei- chung %		Zielbereich <u>Célérték</u>				Rang
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Konzentration (M/ml)	25.8	6.6	22.5	5.7	15	16	10	49	1.5	20	1
Morphologie (% normal)	5	3	6	5	-17	-40	1	20	1	17	1
Motilität PR (%)	50	28	52	28	-4	0	30	63	15	40	1
Motilität NP (%)	18	14	13	13	38	8	5	34	7	28	1
Motilität IM (%)	32	58	33	56	-3	4	25	49	47	68	1

Zählkammer: Neubauer improved

Diluent: nicht zutreffend

Färbung: Diff Quik

Morphologiekriterium: WHO

Pipette für Konzentrationsbestimmung: Positive Displacement-Pipette

Legende

- Rang 1:** Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse beider Proben stimmen mit den Zielwerten überein.
- Rang 2:** Eines der beiden Probenergebnisse stimmt mit den Zielwerten überein.
- Rang 3:** Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes und in gleicher Richtung (Systematischer Fehler).
- Rang 4:** Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes aber in unterschiedlichen Richtungen.

