

Egyedi kiértékelés

Program: **213. Limfocita immunfenotipizálás**

Körvizsgálat száma: **2020.3.**

Kiküldés dátuma: **2020. márc. 11.**

Validálás dátuma: **2020. márc. 23.**













Dr. Mikus Endre

LabMagister Oktató és Kutató Kft.

Budapest

San Marco u. 68. 5/19.

1032

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási		
					tartomány	Eltérés (%)	
Fehérvérszám (összes) /nL ⁹	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	10,35	10,9	9,27 - 12,53	-5	
	Módszer: Single platform	32	6,22	6,22	5,29 - 7,15	0	
Limfociták az összes fehérvérszám %-ában kifejezve %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	14,1				
	Módszer: Single platform	32	26,7				
T-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	77,6	75,5	60,4 - 90,6	+3	
	Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	32	78,1	76	60,8 - 91,2	+3	
B-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	10,4	9,6	6,72 - 12,48	+8	
	Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	32	10,4	9,51	6,66 - 12,36	+9	
NK-sejtek (CD3 negatív populáció) az összes limfocitaszám %-ában %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	10	9,63	6,74 - 12,52	+4	
	Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	32	10	10,1	7,07 - 13,13	-1	
CD4+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	47,9	47,5	38 - 57	+1	
	Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	32	52,3	51	40,8 - 61,2	+3	
Abszolút CD4+ limfocita szám (CD3+ populáció) /nL ⁹	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	0,7	0,71	0,57 - 0,85	-1	
	Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	32	1,02	1	0,8 - 1,2	+2	
CD8+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II	31	22,2				
	Módszer: Limfocita kapuzás: FSC/SSC	32	23				

A hiteles eredeti kiértékelés a következő címen érhető el: <https://iqc.qualicont.com/labs/3294/evaluations/7790>
A QualiCont Kft. nem vállalja a felelősséget a letöltött dokumentumon történt módosításokért.