

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 37 1 - 2020 für Center 1119

Name des Testlaufs: **Lauf 37 1 - 2020**

Startdatum: **02.03.2020**

Enddatum: **02.04.2020**

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom **02.04.2020**.

	Ihr Wert		Sollwert		Abweichung %		Zielbereich		Rang		
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Konzentration (M/ml)	10.3	8.7	13.4	14	-23	-38	6	27	6	27	1
Morphologie (% normal)	6	8	6	6	0	33	1	17	1	16	1
Motilität PR (%)	40	20	38	23	5	-13	24	52	9	36	1
Motilität NP (%)	17	18	16	14	6	29	8	31	6	35	1
Motilität IM (%)	43	62	46	60	-7	3	28	55	44	75	1

Zählkammer: Neubauer improved

Diluent: WHO

Färbung: Diff Quik

Morphologiekriterium: WHO

Pipette für Konzentrationsbestimmung: Positive Displacement-Pipette

Legende

Rang 1: Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse beider Proben stimmen mit den Zielwerten überein.

Rang 2: Eines der beiden Probenergebnisse stimmt mit den Zielwerten überein.

Rang 3: Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes und in gleicher Richtung (Systematischer Fehler).

Rang 4: Beide Probenergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes aber in unterschiedlichen Richtungen.

Deutsche Gesellschaft für Andrologie e.V. (DGA)

Geschäftsstelle

Amsterdamer Weg 78

44269 Dortmund

 geschaeftsstelle@dgandrologie.de

