

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 38 2 - 2020 für Center 1119

Name des Testlaufs: **Lauf 38 2 - 2020**

Startdatum: **26.10.2020**

Enddatum: **26.11.2020**

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom **25.11.2020**.

Filmsequenz

[Herunterladen](#) 

Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Download latest version from [here](#)

Saját eredmény		Célérték		Eltérés %		Célérték tartomány				Kategória
A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	

Konzentration (M/ml)	7.5	15.9	7.6	18	-1	-11	3	20.6	7	33.2	1
Morphologie (% normal)	12	7	8	5	50	40	1	18	1	17	1
Motilität PR (%)	2	44	7	48	-71	-8	0	17	13	59	1
Motilität NP (%)	21	18	16	11	31	64	5	31	3	38	1
Motilität IM (%)	77	38	78	41	-1	-7	58	88	28	51	1

Zählkammer: Neubauer improved

Diluent: nicht zutreffend

Färbung: Diff Quik

Morphologiekriterium: WHO

Pipette für Konzentrationsbestimmung: Positive Displacement-Pipette

Legende

Kategorie 1: Gratulálunk, mindkét minta eredménye összhangban van a célértékekkel

Kategorie 2: A két minta eredmény egyike megegyezik a célértékekkel.

Kategorie 3: Mindkét minta eredménye kívül esik a célértéken és ugyanabban az irányban (szisztematikus hiba).

Kategória 4: Mindkét minta eredménye kívül esik a célértéken, de különböző irányokban.





