

2021/1. QuaDeGa körvizsgálat

	Saját értékek		Célértékek		Eltérés %		Célterület				Értékelés
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Koncentráció (M/ml)	17.8	1.4	16.2	1.3	10	8	8	27	0.4	6	1
Morfologia (% normál)	7	3	7	2	0	50	2	14	0	7	1
Motilitás PR (%)	41	0	39	0	5	99	26	50	0	2	1
Motilitás NP (%)	12	12	11	10	9	20	5	27	2	27	1
Motilitás IM (%)	47	88	50	90	-6	-2	32	60	65	98	1

Számláló kamra: Neubauer improved

Diluent: nicht zutreffend

Festék: Diff Quik

Morfológiai kritérium: WHO

Pipetta koncentráció meghatározásához: Positive Displacement-Pipette

Értékelési kategóriák

- 1:** Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.
- 2:** A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.
- 3:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).
- 4:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.