




Egyedi kiértékelés

Program: **765. Citokinek**
Körvizsgálat száma: **2022.3.**
Kiküldés dátuma: **2022. márc. 10.**
Validálás dátuma: **2022. márc. 22.**

Dr. Mikus Endre
LabMagister Oktató és Kutató Kft.
Budapest
Veres Péter út 6.
1163

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási tartomány	Eltérés (%)
⚠ Interleukin-6 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	31	818,9	444	311 - 577	+84 > 
	Reagens: DEMEDITEC	32	676,1	347	243 - 451	+95 > 
⚠ Interleukin-8 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	31	4 062	1 333	933 - 1 733	+205 > 
	Reagens: DEMEDITEC	32	5 192	2 601	1 821 - 3 381	+100 > 