




Egyedi kiértékelés

Program: **765. Citokinek**
Körvizsgálat száma: **2022.11.**
Kiküldés dátuma: **2022. nov. 9.**
Validálás dátuma: **2022. nov. 21.**

Dr. Mikus Endre
LabMagister Oktató és Kutató Kft.
Budapest
Veres Péter út 6.
1163

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási tartomány	Eltérés (%)
⚠ Interleukin-6 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	111	468,6	274	192 - 356	+71 > 
	Reagens: DEMEDITEC	112	917	481	337 - 625	+91 > 
⚠ Interleukin-8 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	111	3 156,3	2 392	1 674 - 3 110	+32 > 
	Reagens: DEMEDITEC	112	5 053	3 646	2 552 - 4 740	+39 > 