

A 41 1-2022-es körvizsgálat eredményei a Labmagister kft-nél

Körvizsgálat: **41 1 - 2022**

Kezdés dátuma: **25.04.2022**

Befejezés dátuma: **25.05.2022**

Adatok kiértékelése: **24.05.2022.**

	Saját eredmények		Célérték		Eltérés %		Célterület				Értékelés
	A	B	A	B	A	B	-tól A	-ig A	-tól B	-ig B	
Koncentráció (M/ml)	15.6	24.1	14.4	20.9	8	15	3.3	37.8	11	40.2	1
Morfologia (% normal)	4	6	5	6	-20	0	1	10	2	14	1
Motilitás PR (%)	14	48	13	43	8	12	5	29	23	66	1
Motilitás NP (%)	12	12	13	17	-8	-29	6	32	6	42	1
Motilitást IM (%)	74	41	73	36	1	14	54	87	22	51	1
számláló kamra:					Neubauer improved						
Diluent:					WHO						
Festés:					Diff Quik						
Morfologiai kritérium:					WHO						
Pipetta koncentráció meghatározásához:	Positive Displacement-Pipette										

Értékelés

- 1: Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.
- 2: A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.
- 3: Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).
- 4: Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.

