


## Egyedi kiértékelés

Program: **765. Citokinek**  
Körvizsgálat száma: **2023.5.**  
Kiküldés dátuma: **2023. máj. 16.**  
Validálás dátuma: **2023. jún. 6.**

**Dr. Mikus Endre**  
**LabMagister Oktató és Kutató Kft.**  
Budapest  
Veres Péter út 6.  
1163

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási tartomány	Eltérés (%)	
Interleukin-6 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	51	331	274	192 - 356	+21	
	Reagens: DEMEDITEC	52	521	442	310 - 575	+18	
 Interleukin-8 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	<b>51</b>	<b>4 043</b>	<b>2 289</b>	<b>1 602 - 2 976</b>	<b>+77 &gt;</b>	
	Reagens: DEMEDITEC	<b>52</b>	<b>5 305</b>	<b>3 646</b>	<b>2 552 - 4 740</b>	<b>+46 &gt;</b>	