


Egyedi kiértékelés

Program: **765. Citokinek**
Körvizsgálat száma: **2023.11.**
Kiküldés dátuma: **2023. nov. 7.**
Validálás dátuma: **2023. dec. 6.**

Dr. Mikus Endre
LabMagister Oktató és Kutató Kft.
Budapest
Veres Péter út 6.
1163

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási tartomány	Eltérés (%)	
Interleukin-6 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	111	364	320	224 - 416	+14	
	Reagens: DEMEDITEC	112	308	274	192 - 356	+12	
 Interleukin-8 pg/mL	Módszer: Fotometriás módszer	111	4 408	2 717	1 902 - 3 532	+62 >	
	Reagens: DEMEDITEC	112	3 389	2 448	1 714 - 3 183	+38 >	