

## Körvizsgálat eredménye

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 43 1 - 2023 für Center 1119

Körvizsgálat eredménye: Kör 43 1 - 2023

A körvizsgálat kezdete: 20.03.2023

Körvizsgálat vége: 20.04.2023

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom 11.04.2023.

	Mért érték		Célérték		Eltérés%		Célérték tartomány				Kategória
	A	B	A	B	A	B	A-tól	A-ig	B-től	B-ig	
Konzentráció (M/ml)	7	16.1	6	16.2	17	-1	2.5	15	2.9	28.9	1
Morphologie(% normal)	6	11	5	6	20	83	1	10	1	13	1
Motilität PR (%)	33	77	26	71	27	8	10	40	57	86	1
Motilität NP (%)	18	7	20	8	-10	-13	10	39	3	22	1
Motilität IM (%)	49	16	53	21	-8	-24	41	66	12	33	1

Zählkammer: Neubauer improved

Diluent: WHO

Färbung: Diff Quik

Morphologiekriterium: WHO

Pipette für Konzentrationsbestimmung: Positive Displacement-Pipette

### Magyarázat

Kategória 1: Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.

Kategória 2: A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.

Kategória 3: Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).

kategória 4: Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.

