

A Labmagister kft. 44 2 - 2023 QuaDeGa körvizsgálat eredménye

Körvizsgálat neve: **44 2 – 2023 kör**

Kezdés dátuma: **16.10.2023**

Befejezés dátuma: **16.11.2023**

Kiértékelés dátuma: **16.11.2023.**

	Saját eredmény		Célérték		Eltérés %		Céltartomány				Kategória
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Konzentration (M/ml)	20	32	16.4	19.9	22	61	4.5	24.5	7.2	33.3	1
Morphologie (% normal)	8	3	6	5	33	-40	2	13	2	14	1
Motilität PR (%)	60	52	56	48	7	8	33	69	33	61	1
Motilität NP (%)	10	8	11	11	-9	-27	4	43	4	22	1
Motilität IM (%)	30	40	32	40	-6	0	19	52	29	54	1

Számláló kamra: Naubauer improved

Diluent: WHO

Festék: Diff Quik

Morfologiai kritérium: WHO

Koncentráció számításhoz pipetta: Positive Displacement-Pipette

Kategória:

- 1:** Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.
- 2:** A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.
- 3:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).
- 4:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.

