

Egyedi kiértékelés

Program: **213. Limfocita immunfenotipizálás**

Körvizsgálat száma: **2023.3.**

Kiküldés dátuma: **2023. márc. 8.**

Validálás dátuma: **2023. márc. 27.**

Dr. Mikus Endre

LabMagister Oktató és Kutató Kft.

Budapest

Veres Péter út 6.

1163

| Paraméter | Mérési környezet | Minta | Eredmény | Céltérték | Elfogadási tartomány | Eltérés (%) | |
|--|---|-------|----------|-----------|----------------------|-------------|--|
| Fehérvérszám (összes) /nL ⁹ | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Single platform | 31 | 5,83 | 6 | 5,1 - 6,9 | -3 | |
| | | 32 | 6,94 | 6,9 | 5,87 - 7,94 | +1 | |
| Limfociták az összes fehérvérszám %-ában kifejezve % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Single platform | 31 | 23,9 | 23,5 | 18,8 - 28,2 | +2 | |
| | | 32 | 33,2 | 33,2 | 26,6 - 39,9 | 0 | |
| T-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45 | 31 | 80,7 | 75,2 | 60,2 - 90,3 | +7 | |
| | | 32 | 62,9 | 60,2 | 48,2 - 72,3 | +4 | |
| B-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45 | 31 | 9,6 | 9,7 | 6,79 - 12,6 | -1 | |
| | | 32 | 17,5 | 16,7 | 11,7 - 21,7 | +5 | |
| NK-sejtek (CD3 negatív populáció) az összes limfocitaszám %-ában % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45 | 31 | 9,2 | 10 | 7 - 13 | -8 | |
| | | 32 | 19,1 | 19 | 13,3 - 24,7 | +1 | |
| CD4+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45 | 31 | 52,2 | 46 | 36,8 - 55,2 | +13 | |
| | | 32 | 42 | 40 | 32 - 48 | +5 | |
| Abszolút CD4+ limfocita szám (CD3+ populáció) /nL ⁹ | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45 | 31 | 0,73 | 0,63 | 0,46 - 0,8 | +16 | |
| | | 32 | 0,97 | 0,85 | 0,655 - 1,045 | +14 | |
| CD8+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában % | Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: FSC/SSC | 31 | 20,8 | 21 | 16,8 - 25,2 | -1 | |
| | | 32 | 17,5 | 18,5 | 14,8 - 22,2 | -5 | |

A hiteles eredeti kiértékelés a következő címen érhető el: <https://iqc.qualicont.com/labs/3294/evaluations/12260>
A QualiCont Nonprofit Kft. nem vállalja a felelősséget a közzétett dokumentumon történt módosításokért.