

A 45/1 - 2024 Körvizsgálat eredményei a 1119-es Laboratóriumhoz.

Kezdés dátuma: 06.04.2024

Befejezés dátuma: 08.05.2024

	Saját érték		Célérték		Eltérés %		Célterület				Értékelés
	A	B	A	B	A	B	-tól A	-ig A	-tól B	-ig B	
Koncentráció (M/ml)	27	7.7	21.2	5.4	27	43	9.1	39	2.2	11	1
Morphologie (% normal)	5	7	6	6	-17	17	1	13	1	15	1
Motilitás PR (%)	61	13	56	10	9	30	38	73	2	17	1
Motilitás NP (%)	15	3	14	5	7	-40	7	32	1	9	1
Motilitás IM (%)	24	84	27	85	-11	-1	17	42	76	91	1

számláló kamra: Neubauer improved

Diluent: WHO

Festék: Diff Quik

Morfológiai kritérium: WHO

Pipetta koncentráció meghatározásához: Positive Displacement-Pipette

Értékelési kategóriák:

- 1:** Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.
- 2:** A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.
- 3:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).
- 4:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.

